

 ANMCS unitate aflată în SUPRAVEGHEREA Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate		CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218 Tel. 0253/210432, Fax 0253/210432 E-mail: office@spitalgorj.ro Cod Fiscal 4448067
---	--	--

Nr. 10583 / 23.03.2026

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 26.03.2026, ora 10⁰⁰ selecție de oferte în vederea achiziționării serviciilor de „Expertiză tehnică pentru rezistența mecanică și stabilitate pentru montare sterilizator HS33 – Spitalul Județean, str.Progresului”.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 - Ing. Toma Cristi.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguiiu@yahoo.com, până la data de 23.03.2026, ora 10⁰⁰.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Manager,
Ec.Vienesu Dumitru

Director financiar contabil,
Ec.Brincuş Florin

Serviciul aprovizionare achiziții,
Ing.Tunaru Paul

Fisa de preinstalare Echipamente GETINGE

Beneficiar	Spitalul Judetean de Urgenta Tg. Jiu		
Echipament / Model / Cod	Sterilizator abur HS 33	Greutatea (Kg.) (vezi NOTA nr.1)	
		350 –fara incarcatura	
Loc instalare		Data limita:	

Condițiile media * si tehnice necesare pentru instalare:

Nr. crt	Elemente	Valori conform producatorului	Existenta conditiilor	Responsabil cu executia	Semnatura RS privind existenta conditiilor corespunzatoare
A. Instalatie Electrica (Termen de executie/ semnatura):					
1	Puterea (KW)	5 Kw			
2	Tensiunea (V) <i>Vezi NOTA nr. 2</i>	3x400V			
3	Montare cablu electric de alimentare (nr. fire x sectiunea)	5x2.5 mm ²			
4	Montare sigurante (A)	16 A			
5	Montare contactor electric (A)	16 A			
6	Rezistenta de impamantare (Ω) <i>Vezi NOTA nr. 3</i>	<4 Ω			
B. Instalatie alimentare apa si scurgere (Termen de executie/ semnatura):					
1.	Dimensionare conducta apa rece	1/2"			
4.	Realizare scurgerea	50 mm in pardoseala			
Verificari instalatie apa :					
1.	Presiunea apei de alimentare	2-8 Bar			
2.	Temperatura apa rece de alimentare	15-30°			
3.	Debitul apei de alimentare	20l/min			
4.	Duritate apa	Max. 4dH			
Alte verificari :					
Temperatura mediului ambiant		Max 40°C			
Dimensiuni (latime x adancime x inaltime)		600X800X1585			
Consum apa pe proces		15-19l/faza			
Spatiu de service		80-120 cm			

* MEDIA = Complexul tuturor factorilor, circumstante materiale, condiții fizice si condiții externe care înconjoară, influențează si afectează functionarea in parametrii nominali si prescrisi de producatorul unui anume tip de echipament sau produs medical.

NOTE:

1. Beneficiarul echipamentului isi asuma responsabilitatea privind rezistenta planseului de beton din cadrul incintei unde va fi instalat produsul.
2. Beneficiarul echipamentului certifica indeplinirea conditiilor prevazute in normativul SR EN 50160, privind caracteristicile tensiunii de alimentare din reseaua electrica, in special privind fluctuatia / abaterile tensiunii de alimentare (in 95% din saptamana, tensiunea nu trebuie sa aiba abateri mai mari de $\pm 10\%$ din tensiunea contractata).
3. Beneficiarul echipamentului certifica indeplinirea conditiilor prevazute in normativul SR EN 61140, privind protectia impotriva socurilor electrice, cauzate de sistemul de impamantare.
4. Conectarea echipamentului la sistemul de alimentare cu energie electrica va fi efectuata numai de personalul autorizat din partea beneficiarului (electrician).
5. Prezenta fisa s-a intocmit in doua exemplare in original, cate unul pentru fiecare parte.

Reprezentant Service
Numele si prenumele
Ing. Serv. Marius Deschu

Reprezentant beneficiar
Numele si prenumele

Semnatura si stampila

Semnatura si stampila

Data: