



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare 13338 Data 08.04.2026

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 15.04.2026, ora 11.00 selecție de oferte în vederea achiziționării serviciilor de mentenanța sistem avertizare pat bolnav

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0762770749 – Ing. Carstoiu Sorin

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguiju@yahoo.com, până la data de 15.04.2026 ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.


Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec. Vienesu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ing. Tunaru Paul



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. *13296* data *08*.04.2026

CAIET DE SARCINI

Pentru „Contractarea serviciilor de mentenanță la sistemul de avertizare pat bolnav,,

- 1. OBIECTUL CONTRACTULUI : *Contractarea serviciilor de mentenanță la sistemul de avertizare pat bolnav, precum și asigurarea bunei funcționări a acestui sistem 24 de ore din 24, 7 zile din 7.***

Beneficiar : Spitalul Județean de urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .

Amplasamentul lucrării și situația existentă în prezent: Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, cu cele trei locții; Spitalul nr.1, str.Progresului nr.18, Spital nr.2 str.T.Vladimirescu nr.32 și Spitalul nr.3 str.Unirii nr.56.

- 2. DEFINIREA PRESTAȚIE, DURATA ACESTEIA, CERINȚE PRIVIND TIMPUL DE INTERVENȚIE.**

2.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de mentenanță a sistemului de alarmare pa bolnav, după cum urmează :

- 2.1.1.** Mentenanță preventivă
- 2.1.2.** Mentenanță corectivă

2.2 Operațiile de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și constau în :

- verificarea terminalelor de pat ;
- testarea butoanelor de apel ;
- verificarea funcției de anulare a apelului ;
- verificarea sursei de alimentare, cât și U.P.S., verificarea autonomiei în cazul unei căderi de tensiune pentru asigurarea funcționării continue ;
- verificarea semnalizării optice :
 - inspectarea lămpilor de coridor (deasupra ușilor), pentru confirmarea vizibilității culorilor de avertizare ;

-testarea consolelor de asistență, verificarea afișării corecte a numărului de cameră/pat și a volumului alertei sonore;

2.3 Operațiuni de mentenanță corectivă și timpi de intervenție.

-timp de răspuns : specificarea unui interval de maxim 4 ore pentru defecțiuni majore care afectează o secție întreagă ;

-remedierea defectelor :

-termen maxim de 48 de ore pentru înlocuirea componentelor defecte (butoane, cablur, lămpi semnalizare, module) ;

-disponibilitate :

-asigurarea suportului tehnic 24/24h, 7/7 zile având în vedere specificul activității spitalicești.

3. CERINȚE TEHNICE ȘI CALIFICĂRI

3.1 Certificări :

Firma prestatoare trebuie să dețină autorizație pentru lucrul cu curenți slabi și personal instruit pentru întreținerea unui sistem de avertizare pat bolnav.

3.2. Piese de schimb

Prestatorul are obligația de a utiliza componente originale s-au compatibile, care să nu afecteze certificarea CE. A sistemului de alarmare pat bolnav ;

3.3. Documentație

Întocmirea unui registru de evidență a intervențiilor și a proceselor verbale de recepție pentru fiecare revizie, semnată de către asistenții șefi de secție.

4. OBLIGAȚILE PRESTATORULUI

-instruirea periodică a personalului medical privind utilizarea corectă a sistemului pentru a reduce alarmele false (din 6 în 6 luni cu evidențierea persoanelor participante la instruire);

-asigurarea unui stoc minim de consumabile (butoane, lămpi) la sediul beneficiarului pentru a fi înlocuite rapid (6 bucăți de fiecare);

-va întocmi și înainta spre validare la începutul derulării contractului dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare agraficului cu planificarea revizilor de mentenanță preventive;

-va înainta pentru avizare de către șefii secțiilor beneficiare a unui raport tehnic detaliat, după fiecare intervenție, în care să indice starea sistemului, după eliminarea completă a cauzelor care au dus la apariția defectului.

5. Numarul total de sisteme se regasesc in anexa 1

ANEXA 1

Secția Neurologie – sistem cu 89 butoane
Secția – Obstetrică-Ginecologie – sistem cu 51 butoane
Secția Cardiologie – sistem cu 54 butoane
Secția Endocrinologie – sistem cu 30 butoane
Secția Medicală I – sistem cu 58 butoane
Secția Gastroenterologie – sistem cu 32 butoane
Secția Pediatrie – sistem cu 55 butoane
Secția Balneologie – sistem cu 52 butoane
Secția Medicală II – sistem cu 38 butoane
Secția ORL – sistem cu 32 butoane
Secția Oftalmologie – sistem cu 31 butoane
Secția Urologie – sistem cu 24 butoane
Secția Ortopedie – sistem cu 48 butoane
Secția Chirurgie I – sistem cu 45 butoane
Secția Chirurgie II – sistem cu 48 butoane
Secția Boli Infecțioase – sistem cu 38 butoane
Secția Dermato Venerice – sistem cu 30 butoane
Secția Oncologie – sistem cu 34 butoane

BIROU TEHNIC
Ing. Cirstoiu Sorin

